

# Ligador Multibanda

## Barril con 6 bandas

**Usado para la ligadura endoscópica de várices esofágicas en la unión gastroesofágica o por encima de esta**

Se adapta a una amplia gama de endoscopios. Tiene una banda de color transparente la cual avisa que solo queda una banda a liberar.  
Disponible barril con 7 bandas.



### Ligador de Banda Estandar

Requiere 9.5 to 11.2 mm  
de diámetro del endoscopio.

### Ligador de Banda Pediátrica

Requiere 8.0 to 9.5 mm  
de diámetro del endoscopio.



	Art. No.	Descripción
Estandar	<b>SGK-6</b>	Set incl. barril aplicador, mango extractor de hilo y aguja de lavado
	<b>SGB-6</b>	Sólo barril

Pediátrica	<b>SGK-6-S</b>	Set incl. barril aplicador, mango extractor de hilo y aguja de lavado
	<b>SGB-6-S</b>	Sólo barril